ALPISERVIZI

Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D. D. N° 2856 del 6 Ottobre 2010

– RAPPORTO DI CONFERMA METROLOGICA N. 266422

test report and metrological confirmation number

– Data di emissione: **2026-09-21**
date of issue

– Data delle prove: **2026-09-21 14:50**
date of measurements

– Destinatario: **CORPO POLIZIA MUNICIPALE BOLZANO**
addressee

– Oggetto: **Calibratore**
item

– Costruttore: **Delta Ohm s.r.l.**
manufacturer

– Modello: **HD 2024**
model

– Nr. Serie: **23011509**
serial number

La catena di riferibilità ha inizio dai seguenti campioni di prima linea:
traceability is through first line standards

Strumento	Matricola Campione	Documento taratura	Rilasciato da	Valido fino al
Calibratore multifunzione	2769769	00324LAT 17854	SONORA S.R.L	in corso di validità

ed il seguente strumento:

Strumento	Modello	Num. Serie	Num. Serie Microfono	Tipo Microfono
Fonometro Delta Ohm	HD2010MCTC	23040656879	23010707	HD2010PNE2

VERIFICHE IN CONFORMITA' CIRCOLARI MCTC 88/95, 7938/2000 e loro S.M.I.

Verifica del livello sonoro SPL emesso a 1000 Hz

Livello di pressione sonora emesso dal calibratore Bruel & kjaer 4226	94,0
Valore da leggere sul fonometro in seguito alla calibrazione mediante Bruel & kjaer 4226	94,3
Valore letto sul fonometro inserendo il calibratore del cliente	94,1
Scarto	-0,2
Tolleranza	±0,3

Esito complessivo della prova: **POSITIVO**
Final test result

Codice antifalsificazione **7662656418**
Security code

– Tecnico esecutore: **Luca Milani**
Examiner

– Matricola C.S.R.P.A.D. **003421**
C.S.R.P.A.D. serial number

Documento elaborato automaticamente dal sistema informatico e valido senza la firma autografa del tecnico esecutore

La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale autorizzata dal Centro di taratura emittente.